



Njegoševa 4/l
1525 Ljubljana
T 01/522 2437
F 01/4325131

E tajnistvo.kikkb@kclj.si
W www.kclj.si

Ljubljana, 20. november 2020

Št.: 713/2020

ZADEVA: Obvestilo naročnikom o pravilnem označevanju bioloških vzorcev za analizo v laboratorijsih Kliničnega inštituta za klinično kemijo in biokemijo


Naročnike laboratorijskih preiskav na KIKKB seznanjamo z vsebino dokumenta ND UKCL 0256, objavljenega v EDS, glede pravilnega nameščanja črtnih kod na vzorcih pri elektronskem naročanju laboratorijskih preiskav. Pravilno nameščene nalepke s črtno kodo na vsebnikih so pomembne zaradi prepoznavanja oziroma odčitavanja informacij na črtni kodi s senzorskimi sistemi na analizatorjih in avtomatizirani laboratorijski liniji. V primeru, da nalepka s črto kodo ni ustreznno nameščena na vsebniku, analizator vzorec zavrne in ga je potrebno ročno ponovno obravnavati.

Naročnike opozarjam, da nepravilno nameščanje nalepk z laboratorijskimi črtimi kodami lahko podaljša čas obravnave vzorca v laboratoriju in s tem tudi čas izdaje rezultatov analiz!

2. Postopek

Nalepko nalepimo na epruveto:

- Nalepka mora biti nalepljena do zamaška pri MALIH epruvetah.
- Nalepka mora biti nalepljena 1 cm pod robom zamaška pri VELIKIH epruvetah.
- Priimek in ime morata biti obrnjena k zamašku.
- Nalepka mora biti nalepljena naravnost.
- Na epruveti mora biti nalepka s pravilno oznako barve zamaška (prva črka kratice označuje barvo zamaška).
MP - epruveta z modrim zamaškom
RS - epruveta z rdečim zamaškom
ZP - epruveta z zelenim zamaškom
SP - epruveta z sivim zamaškom



- Na lončke za blato in urin in mora biti koda nalepljena pokončno, obrnjena navzgor s prvo črko priimka.



3. Opozorilo

V primeru, da opazite, da je odtis na etiketi slab, zmazen, manjkajo črke, priimek in ime čisto na robu etikete, ... prosimo, da pokličete Help desk na telefonski številki 29-90, da tiskalnik ustrezno nastavijo.

Vodja 24 urnega laboratorija
mag. Nada Snoj, spec.med.biokem.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Klinični inštitut
za klinično kemijo in biokemijsko
Ljubljana, Njegoševa cesta 4

Predstojnik KIKKB
prof. dr. Darko Černe, spec. med. biokem.

