



Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo
24 urni laboratorij

Zaloška cesta 7
1000 Ljubljana
T 01/522 36 51
F 01/432 51 31
W www.kclj.si

Ljubljana, 20.11.2020

Št. 716/2020

OBVESTILO PREDSTOJNIKOM IN GLAVNIM SESTRAM KLINIK, KLINIČNIH INŠTITUTOV IN KLINIČNIH
ODDELKOV UKCL

**ZADEVA: Vpliv zdravila Etamsilat na rezultate nekaterih biokemičnih analiz v serumu, ki se izvajajo na
analitskih sistemih Advia 1800/2400, Siemens**

Obveščamo vas, da je podjetje Siemens pridobilo novo informacijo o potencialni interferenci hemostatskega zdravila Etamsilat pri določanju laktata in trigliceridov na biokemičnih analizatorjih Advia 1800/2400. V prisotnosti zdravila Etamsilat v koncentraciji **5 mg/dL (190 µmol/L) pri merjenju laktata** obstaja možnost lažno znižanih rezultatov za **≥ 10 %**. V prisotnosti zdravila Etamsilat v koncentraciji **4,4 mg/dL (167 µmol/L) pri merjenju trigliceridov** obstaja možnost lažno znižanih rezultatov za **≥ 10 %**.

Naročnikom priporočamo, da odvzamejo kri za določitev laktata in trigliceridov pred aplikacijo zdravila Etamsilat.

S spoštovanjem,

Vodja 24-urnega laboratorija
mag. Nada Snoj, mag.farm., spec.med.biokem.

Predstojnik KIKKB
prof.dr. Darko Černe, spec.med.biokem.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Klinični inštitut
za klinično kemijo in biokemijo
Ljubljana, Njegoševa cesta 4 3

