



Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo

Št.: 058/2023

Njegoševa 4

1525 Ljubljana

T 01/522 2437

F 01/4325131

E tajnistvo.kikkb@kclj.si

W www.kclj.si

Ljubljana, 19.1.2023

Vsem klinikam in kliničnim oddelkom UKCL ter zunanjim naročnikom

Zadeva: Ukinitev izvajanja preiskave K-beta-OH-butirat (ostaja preiskava S-beta-OH-butirat)

Obveščamo vas, da bomo po 1.2.2023 prenehali z izvajanjem preiskave **K-beta-OH-butirat** v krvi, pri kateri je bil potreben odvzem krvi v epruveto s kislino v razmerju 1:1.

Beta-OH-butirat bomo še naprej določali v serumskih vzorcih (**S-beta-OH-butirat**). Za preiskavo potrebujemo serumski vzorec odvzet v epruvete z rdečim zamaškom, ki mora biti dostavljen v laboratorij najkasneje v 2 urah po odvzemu.

Orientacijski ref. interval za **S-beta-OH-butirat**: do 300 $\mu\text{mol/L}$ (po proizvajalcu Randox).

Za dodatne informacije lahko pokličete na int. 27-42

Vodja lab. za analitiko encimov in elementov v sledovih
Mag. Alenka Sešek Briški, spec.med.biokem.

Predstojnik KIKKB
Prof. dr. Darko Černe, spec. med. biokem.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Klinični inštitut
za klinično kemijo in biokemijo
Ljubljana, Njegoševa cesta 4

